



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

:

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO
VIA DEL TRITONE,181
00187 ROMA

A: Indirizzi in elenco

A seguito della comunicazione della ditta concernente difetto delle valvole riduttrici,
si comunica
ai sensi dell'art. 70 D. L.vo 219/2006 e per la motivazione sopra evidenziata, il ritiro da parte della
ditta del medicinale "**Ossigeno Linde Medicale**" AIC **039133071**, confezionato nelle bombole
identificate con il codice seriale di seguito riportato:

codice seriale		codice seriale
38031602129126		38031602163835
38031602168578		38031602159976
38031602163776		38031602162153
38031602070017		38031602163139
38031602070117		38031602070496
38031602071533		38031602070132
38031602078391		38031602071758
38031602079049		38031602103673
38031602180224		38031602163776
38031602145595		38031602151694
38031602078210		38031602078184
8031602163552		38031602163596
8031602079861		38031602070036

della ditta Linde Medicale srl sita a Arluno (MI) via Guido Rossa , 3.

La ditta Linde Medicale ha comunicato l'avvio di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.

Il Dirigente

Domenico Di Giorgio